MANUAL DE USUARIO

InsulinSaver es un producto desarrollado para ayudar a las personas con diabetes que siguen tratamientos con insulina a tener una idea de a qué temperaturas está o ha estado expuesta la insulina.

InsulinSaver está configurado para dar una señal a las temperaturas que varios fabricantes de insulina han establecido como temperatura máxima y mínima de conservación: entre +2 ° C y + 30 ° C.

La duración de la batería de un InsulinSaver es de 6-12 meses, suponiendo que la unidad esté encendida permanentemente y en condiciones normales de funcionamiento. La unidad dispone de una garantía de 12 meses, siempre y cuando la batería de la unidad no se haya agotado.

1. Tenga en cuenta la fecha:

Anote la fecha en que inició su InsulinSaver para realizar un seguimiento de la duración de la batería. Puede hacer esto en la parte posterior de su InsulinSaver.

2. Inicie su InsulinSaver:



Para iniciar su InsulinSaver, mantenga presionado el botón START durante 8 segundos y el LED verde se encenderá.

Su InsulinSaver comienza a registrar y analizar la temperatura después de 10 minutos.

3. Compruebe que su InsulinSaver está encendido:



Pulse el botón START una vez.
Si su InsulinSaver está encendido, los tres LED deberían parpadear.

4. Indicaciones de su InsulinSaver:



Temperatura dentro de 2-30°C

El LED verde, en el medio, indica cada 10 minutos que su InsulinSaver está, y ha estado, a una temperatura aprobada.



Temperatura superior a 30°C

Si su InsulinSaver ha estado expuesto a una temperatura superior a 30 ° C, el LED rojo parpadeará cada 5 segundos.



Temperatura inferior a 2°C

Si su InsulinSaver ha estado expuesto a una temperatura inferior a 2 ° C, el LED azul parpadeará cada 5 segundos.

5. Apague/restablezca su InsulinSaver:



Para apagar insulinSaver, mantenga pulsado el botón START durante aproximadamente 15 segundos. Cuando todos los LED estén parpadeando, suelte el botón START.
Se restablecerán todas las alarmas.

Si la intención era restablecer la unidad, ahora puede proceder a iniciarla nuevamente (consulte 2.)

6. Compruebe que su InsulinSaver está desactivado:



Pulse el botón START una vez. Si su InsulinSaver está apagado, no parpadeará ningún LED.

¡NOTA!

- **InsulinSaver no garantiza que su insulina se pueda usar en todas las situaciones**
- **InsulinSaver es una ayuda para aumentar su control de las temperaturas de mantenimiento de la insulina.**
- **InsulinSaver no soporta golpes o presión fuertes.**

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- **No tire su InsulinSaver a la basura doméstica**
- **InsulinSaver se desecha como residuo electrónico**